



Ana Carolina <ana.carolina@cismep.com.br>

Fwd: Esclarecimento PE 110/2023

Licitação CISMEP <licitacao@icismep.mg.gov.br>
Para: Ana Carolina <ana.carolina@cismep.com.br>

3 de julho de 2023 às 09:02

Atenciosamente,



----- Forwarded message -----

De: **Débora Casemiro | Sispack Medical** <vendas3@sispack.com.br>

Date: sex., 30 de jun. de 2023 às 12:03

Subject: Esclarecimento PE 110/2023

To: <licitacao@icismep.mg.gov.br>

Bom dia,

Venho por meio desta solicitar esclarecimento, referente aos itens 18 e 25 do PE110/2023 - ICISMEP:

- As incubadoras são por Colorimetria ou Florescência?

Desde já agradeço pela atenção.

Atenciosamente



Debora Casemiro
Licitações

Tel. 11 2955-2222
vendas3@sispack.com.br

Rua Doze de Setembro, 1.173
São Paulo SP 02052-001
www.sispack.com.br





Ana Carolina <ana.carolina@cismep.com.br>

PL 110/2023 - PE 80/2023 - RESPOSTA ESCLARECIMENTO

1 mensagem

Ana Carolina <ana.carolina@icismep.mg.gov.br>
Para: vendas3@sispack.com.br

3 de julho de 2023 às 16:42

Prezados, boa tarde!

Em resposta ao pedido de esclarecimento, o setor requisitante e técnico informou:

"A incubadora do Pregão Eletrônico em referência deverá atuar com **fluorescência**, para monitorar ciclos de esterilização a vapor, possibilitar incubar até 04 indicadores biológicos, e possuir tensão automática, conforme o descritivo."

Atenciosamente,

--

**Ana Carolina**

Licitação

Tel: (31) 9 8483-1905

(31) 2571-3026

www.icismep.mg.gov.br