

Relatório de Dúvidas do Processo

Processo

| | |
|--|---|
| Número: 80/2023 | Número do Processo Interno: 110/2023 |
| Modalidade: Registro de Preços Eletrônico | Abertura: 06/07/2023 - 10:00 |
| Orgão: ICISMEP | Município: Betim / MG |

| Registrado em | Assunto | Respondido Em |
|--------------------|--|--------------------|
| 27/06/2023 - 13:44 | Esclarecimento item 5 E 6 - Autoclaves | 27/06/2023 - 15:58 |

No item 8.1 - solicita que Os equipamentos e acessórios deverão ser entregues e instalados. para os itens 5 e 6 - autoclaves. - Por serem equipamentos de fácil utilização e manuseio, sendo que sua operacionalização dispensa instalação por seu uso ser fácil e descomplicado, assim com um eletrodoméstico adquirido, entendemos que para esse equipamento fica dispensado o item de instalação, uma vez que o manual do fabricante engloba essas informações. Esse entendimento está correto?

Após análise, o setor técnico e requisitante apontou que: "Os itens que não serão entregues já montados, ou seja, que precisam do serviço de instalação, conforme prediz o edital, deverão ser montados in loco, na unidade do órgão solicitante."

[Voltar](#)