
Fwd: pedido de esclarecimento

Licitação CISMEP <licitacao@icismep.mg.gov.br>
Para: Ana Carolina <ana.carolina@cismep.com.br>

31 de janeiro de 2023 às 15:28

Atenciosamente,



----- Forwarded message -----

De: **Caroline Alfagas** <caroline@alfagasmg.com.br>
Date: ter., 31 de jan. de 2023 às 15:10
Subject: pedido de esclarecimento
To: <licitacao@cismep.com.br>

Prezados boa tarde,

Referente Pregão eletrônico 28/2023, solicitamos os seguintes pedidos de esclarecimento:

1. Quanto ao Local de entrega dos cilindros:

Com relação ao Local de entrega dos itens 1/ 2/5/6, aquisição dos cilindros de ar comprimido e de oxigênio, o edital em seu item 6 diz o seguinte:

6 DOS PRAZOS E LOCAL DE EXECUÇÃO

6.1 Os acessórios e o sistema deverão ser entregues e instalado em condições ideais de funcionamento, no local da prestação do serviço indicado abaixo, no prazo máximo estabelecido nas normas de execução particulares de cada item;

6.2 O sistema deverá ser instalado e os acessórios entregues em um raio de até 50 KM do seguinte endereço:

6.2.1 Unidade Hospitalar do Consórcio ICISMEP localizada no bairro Madre Liliâne, Rua [Maurício Guimarães, número 420CT, Igarapé/MG. CEP: 32.900-000 \(Hospital 272 Joias\).](#)

Dessa forma gostaria de confirmar se todos os cilindros serão entregues na Unidade Hospitalar conforme item 6.2.1?

2. Quanto a Descritivo do acessório incluso dos itens 1/2/5/6

Acessório Incluso: o cilindro deverá acompanhar suporte .

O órgão solicitante tem algum modelo disponível desse suporte para repassar aos licitantes?

Aguardo retorno para cotar corretamente.

A disposição.



CAROLINE NUNES
LICITAÇÕES / CONTRATOS

☎ (35) 3822-4210 (35) 3821-9893

📍 Rua Abel Batista de Abreu, 185 Ouro Verde . Lavras.MG

✉ caroline@alfagasmg.com.br



Ana Carolina <ana.carolina@cismep.com.br>

PL 29/2023 - PE 28/2023 - RESPOSTA PEDIDO ESCLARECIMENTO

Ana Carolina <ana.carolina@icismep.mg.gov.br>

31 de janeiro de 2023 às 16:18

Para: caroline@alfagasmg.com.br

Prezados, boa tarde!

Em resposta ao pedido de esclarecimento enviado, o setor técnico e requisitante informou:

- Todos os itens da Ata de Registro de preços a serem solicitados pelo ICISMEP serão entregues na unidade hospitalar evidenciada no endereço no subtópico 6.2.1.
- Com relação ao suporte, este não necessita seguir um padrão fixo, mas deverá, evidentemente, suportar o cilindro que o acompanhará (material resistente), com vistas a **impedir que a base do acessório permaneça em contato direto com o piso do Hospital**, evitando assim a redução da vida útil do cilindro e o aumento progressivo do processo de corrosão do material metálico.

Atenciosamente,

--



INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA

ICISMEP**Ana Carolina**

Licitação

Tel: (31) 9 8483-1905

(31) 2571-3026

www.icismep.mg.gov.br