



Ana Carolina &lt;ana.carolina@cismep.com.br&gt;

**PL 22/2023 - PE 21/2023 - SOLUÇÕES QUÍMICAS**

2 mensagens

Ana Carolina &lt;ana.carolina@cismep.mg.gov.br&gt;

14 de fevereiro de 2023 às 10:43

Para: Karen Rodrigues &lt;karen.rodrigues@cismep.com.br&gt;, Samanta Beatriz Halfeld &lt;samanta.halfeld@cismep.mg.gov.br&gt;, Luiza Januzzi &lt;luiza.januzzi@cismep.com.br&gt;

Bom dia!

Encaminho pedido de esclarecimento apresentado.

Aguardo retorno!

--

 **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO IS8.pdf**  
36K

Samanta Beatriz Halfeld &lt;samanta.halfeld@cismep.mg.gov.br&gt;

15 de fevereiro de 2023 às 14:41

Para: Ana Carolina &lt;ana.carolina@cismep.mg.gov.br&gt;

Cc: Karen Rodrigues &lt;karen.rodrigues@cismep.com.br&gt;, Luiza Januzzi &lt;luiza.januzzi@cismep.com.br&gt;

Prezadas, boa tarde!

Segue resposta ao esclarecimento.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

 **ESCLARECIMENTO PACOTE TESTE DESAFIO.doc**  
508K





AO  
CONSÓRCIO PÚBLICO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO  
PARAOPEBA - ICISMEP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023

#### ESCLARECIMENTOS

Na pagina 50 do edital, consta observação para o LOTE 32:

7.2 Item:

INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR, TEMPO MÍNIMO DE INCUBAÇÃO: 3 HORAS. ESPECÍFICO PARA USO HOSPITALAR COM TIRAS DE PAPEL IMPREGNADA DE ESPOROS.

7.2.1 Para a utilização do indicador biológico é imprescindível a utilização da incubadora. Por isso, será necessário que a empresa forneça este equipamento e que possua compatibilidade com o indicador biológico ofertado.

7.2.2 Será necessário o fornecimento de até 2 (duas) unidades de incubadoras para o Consórcio ICISMEP e cada coparticipante para a utilização do indicador biológico em regime de comodato pelo período de vigência de 12 meses.

Porém, para o LOTE 34 - PACOTE TESTE DESAFIO COM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA E INTEGRADOR QUÍMICO - PRONTO, DE USO ÚNICO, não localizamos no edital, nenhuma citação quanto ao fornecimento de incubadoras em comodato.

Para a utilização desse produto também é imprescindível a utilização de incubadoras.

Sendo assim, perguntamos: **Será necessário o fornecimento de incubadoras em comodato ? Se sim, qual quantidade EXATA PARA ESSE LOTE?**


Para os LOTES 33 e 34, solicitamos a autorização de fornecer INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, porém com interpretação por mudança de cor. Produto esse que está DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ( NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1).

Agradecemos o breve retorno.

São Caetano do Sul, 13 de fevereiro de 2023.

Eliana Borsare  
Depto. Licitações / Comercial  
IS 8 International Supplies





INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA

# ICISMEP

**A**

**Licitação**

**A/C de Ana Carolina – Pregoeira ICISMEP.**

**Assunto:** Resposta ao questionamento interposto pela empresa IS8 referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2023.

Em relação ao item descrito abaixo:

**LOTE 34 - PACOTE TESTE DESAFIO COM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA E INTEGRADOR QUÍMICO [...]**

Questiona-se:

“Não localizamos no edital, nenhuma citação quanto ao fornecimento de incubadoras em comodato. Para a utilização desse produto também é imprescindível a utilização de incubadoras”.

Pergunta: Será necessário o fornecimento de incubadoras em comodato? Se sim, qual quantidade EXATA PARA ESSE LOTE??

Resposta:

De fato, nas normas de execução do edital não é requerido o fornecimento de incubadora sob regime de comodato. Portanto, o arrematante do lote 34 terá como responsabilidade oferecer apenas o que está contido no descritivo da tabela do objeto licitado, e não equipamentos ou serviços para além do especificado.

São Joaquim de Bicas, 15 de fevereiro de 2023.

***Samanta Beatriz Halfeld Resende***

Farmacêutica - CRF-MG 46.216


Referência Técnica - ICISMEP


***ICISMEP - Solução em serviços públicos.***

 [www.icismep.mg.gov.br](http://www.icismep.mg.gov.br)

 [icismep@icismep.mg.gov.br](mailto:icismep@icismep.mg.gov.br)

CNPJ: 05.802.877/0001-10

 **Sede administrativa**  
Rua Orquídeas, 489.  
Bairro Flor de Minas  
CEP: 32.920-000  
São Joaquim de Bicas/MG

 **Hospital ICISMEP 272 Joias**  
Rua Maurício Guimarães, 420  
Bairro Madre Liliâne  
CEP: 32.900-000  
Igarapé/MG







## Relatório de Dúvidas do Processo

### Processo

Número: 21/2023  
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico  
Orgão: ICISMEP

Número do Processo Interno: 22/2023  
Abertura: 28/02/2023 - 10:00  
Município: Betim / MG

Registrado em	Assunto	Respondido em
13/02/2023 - 17:26	ESCLARECIMENTOS	15/02/2023 - 16:33

SEGUE OFICIO DA EMPRESA.

Arquivo Anexo: ESCLARECIMENTOS.pdf

Boa tarde! Em resposta, o setor técnico informou: "De fato, nas normas de execução do edital não é requerido o fornecimento de incubadora sob regime de comodato. Portanto, o arrematante do lote 34 terá como responsabilidade oferecer apenas o que está contido no descritivo da tabela do objeto licitado, e não equipamentos ou serviços para além do especificado."

[Voltar](#)

