

**Fwd: ESCLARECIMENTO PE 021/2023 28/02/2023 10H**

3 mensagens

Licitação CISMEP <licitacao@icisnep.mg.gov.br>
Para: Ana Carolina <ana.carolina@icisnep.com.br>

14 de fevereiro de 2023 às 14:13

Atenciosamente,

**Setor de Licitação**

Tel: (31) 9 8483-1905

(31) 2571-3026

www.icisnep.mg.gov.br

----- Forwarded message -----

De: **Wellington Paraguai** <concorrenca@indalabor.com.br>
Date: ter., 14 de fev. de 2023 às 13:52
Subject: ESCLARECIMENTO PE 021/2023 28/02/2023 10H
To: licitacao@icisnep.com.br <licitacao@icisnep.com.br>
Cc: Sabrina Magela <licitacao.coordenacao@indalabor.com.br>

Boa tarde, Sra. Pregoeira,

Segue anexo pedido de esclarecimento referente aos lotes 01, 17, 18 e 20 do PE 021/2023.

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.

Wellington Paraguai
Consultor de Vendas Públicas

- tel: 0377-0393
- concor.indalabor
- concorrenca@indalabor.com.br
- facebook.com/indalabor
- www.indalabor.com.br

Indagem Ultra:
proteção rápida e
eficaz contra Covid-19
(Sars-cov-2)

indalabor
Av. Barão Homem de Melo
2171 | Belo Horizonte | MG

2 anexos

image001.gif
5K ESCLARECIMENTO PE 021-2023 ICISMEP - FITAS.pdf
409K

Ana Carolina <ana.carolina@icisnep.mg.gov.br>

14 de fevereiro de 2023 às 14:22

Para: Samanta Beatriz Halfeld <samanta.halfeld@icisnep.mg.gov.br>, Luiza Januzzi <luiza.januzzi@icisnep.com.br>, Karen Rodrigues <karen.rodrigues@icisnep.com.br>

Boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento para análise.

Aguardo!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Ana Carolina**

Licitação

Tel. (31) 9 8483-1905

(31) 2571-3026

www.icisnep.mg.gov.br ESCLARECIMENTO PE 021-2023 ICISMEP - FITAS.pdf
409K

Samanta Beatriz Halfeld <samanta.halfeld@icisnep.mg.gov.br>

15 de fevereiro de 2023 às 15:38

Para: Ana Carolina <ana.carolina@icisnep.mg.gov.br>

Cc: Luiza Januzzi <luiza.januzzi@icisnep.com.br>, Karen Rodrigues <karen.rodrigues@icisnep.com.br>

Prezadas, boa tarde!

16/02/2023, 08:41

E-mail de Icismep - Fwd: ESLARECIMENTO PE 021/2023 28/02/2023 10H

Segue resposta ao esclarecimento.


Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Samanta Beatriz Halfeld Resende
Farmacêutica - Referência Técnica

TEL: (31) 2571-3026
www.icismep.org.br

 **ESCLARECIMENTO INDALABOR - TIRA TESTE E NÍVEL INTERMEDIÁRIO.doc**
511K

À
INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA – ICISMEP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023
Dia 28 de fevereiro de 2023 às 10h (dez horas).

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Para o lote 01 serão exigidas 30 tiras teste para cada galão de 5 litros?

Para os lotes 17 e 18 o produto deve ser de nível intermediário?

Para o lote 20 serão exigidas 30 tiras teste para cada galão de 5 litros?

Dores do Indaiá/MG, 14 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

SABRINA DIAS
MAGELA:
07189037659

Assinado digitalmente por SABRINA DIAS MAGELA
07189037659
DN: C=BR, O=ICM-Brasil, OU=Instituição de Meio Ambiente
do Estado de Minas Gerais, CN=SABRINA DIAS MAGELA, EMAIL=CSABRINA@ICM.MG.GOV.BR, SERIAL=07189037659, CN=07189037659

Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico LTDA
Sabrina Dias Magela
Coordenadora de Licitação
RG: MG 13.461.853 SSP/MG
CPF: 071.890.376-59

INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA – CNPJ 04.654.861/0001-44

UNIDADE COMERCIAL
Avenida Barão Homem de Melo, 2171 – Alpes
Belo Horizonte – MG – CEP: 30.451-669
Tel.: (31) 3377-8333 E-mail: comercial@indalabor.com.br

UNIDADE INDUSTRIAL
Avenida da Saudade, 434 - Centro
Dores do Indaiá - MG - CEP: 35.610-000
Tel.: (37) 3551-2305 E-mail: indalabor@indalabor.com.br

**A****Licitação****A/C de Ana Carolina – Pregoeira ICISMEP.**

Assunto: Resposta ao questionamento interposto pela empresa INDALABOR referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2023.

Em relação aos itens descritos abaixo:

LOTE 01 - ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% - SOLUÇÃO DESINFETANTE TIPO BIODEGRADÁVEL. FINALIDADE: DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL DE ARTIGOS HOSPITALARES, pH DA SOLUÇÃO FORMULADA OU ADICIONADA AO INIBIDOR DE CORROSÃO ACIMA DE 3,0, ATÓXICA, ANTI RESÍDUOS, ODOR CARACTERÍSTICO. DESTINADO A DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL DE ARTIGOS HOSPITALARES SEMI CRÍTICOS, COMPROVADA AÇÃO BACTERICIDA, ESPORICIDA, MICOBACTERICIDA E FUNGICIDA. COMPATÍVEL COM AÇO INOXIDÁVEL (SÉRIES 304 E 316), LIGAS DE ALUMÍNIO (SÉRIES 6262 E 2011), POLIPROPILENO, PVC, BORRACHAS SINTÉTICAS, VIDRO, PORCELANA, TECIDOS E CUBAS DE IMERSÃO. DEVERÁ CONTER 30 TIRAS PARA VERIFICAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO E PÓ INATIVADOR. TEMPO DE CONTATO PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL DE 10 MINUTOS. VALIDADE MÍNIMA DA SOLUÇÃO EM USO: 30 DIAS. EMBALAGEM: 5 LITROS (GALÃO)

Questiona-se:

“Para o lote 01 serão exigidas 30 tiras teste para cada galão de 5 litros?”

Resposta:


Sim, será exigido 30 tiras testes para cada galão de 5 litros. Em pesquisa mercadológica, observou-se que a maioria dessas soluções possuem um prazo de validade pós-aberto máximo de 30 dias. Portanto, será necessário fornecer tiras suficientes para monitoramento diário da concentração.

ICISMEP – Solução em serviços públicos.

📍 www.icismep.mg.gov.br
✉ icismep@icismep.mg.gov.br
CNPJ: 05.802.877/0001-10

📍 **Sede administrativa**
Rua Orquídeas, 489.
Bairro Flor de Minas
CEP: 32.920-000
São Joaquim de Bicas/MG

📍 **Hospital ICISMEP 272 Joias**
Rua Maurício Guimarães, 420
Bairro Madre Liliane
CEP: 32.900-000
Igarapé/MG





LOTE 17 – DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO (CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 0,24% P/P) + CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 0,1% P/P) - INDICADO PARA DESINFECÇÃO HOSPITALAR, PRONTO PARA USO, UTILIZADO EM SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, EM SPRAY OU ESPUMA, NÃO IRRITANTE (OCULAR, DÉRMICO E DAS MUCOSAS). O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE ÁLCOOL. EMBALAGEM: 750ML

LOTE 18 - DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO (CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 0,24% P/P) + CLORIDRATO DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 0,1% P/P) - INDICADO PARA DESINFECÇÃO HOSPITALAR, PRONTO PARA USO, UTILIZADO EM SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, NÃO IRRITANTE (OCULAR, DÉRMICO E DAS MUCOSAS). O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE ÁLCOOL. EMBALAGEM: 5 LITROS

Questiona-se:

“Para os lotes 17 e 18 o produto deve ser de nível intermediário?”

Resposta:

Considerando que o produto ofertado atenda todas as especificações delimitadas e requeridas nos descritivos referidos, o nível não irá impactar na aprovação técnica do item.

LOTE 20 - DESINFETANTE HOSPITALAR À BASE DE ORTOFTALALDEÍDO 0,55% - DE ALTO NÍVEL PARA O REPROCESSAMENTO DE INSTRUMENTOS MÉDICOS SENSÍVEIS AO CALOR, INCLUSIVE ENDOSCÓPIOS. PRODUTO PRONTO PARA USO, QUE NÃO REQUER ATIVAÇÃO PRÉVIA E NÃO CORROSIVO PARA OS ARTIGOS. QUE POSSUA AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO EM NO MÁXIMO 30 MINUTOS DE CONTATO. MÍNIMO DE 30 TIRAS PARA VERIFICAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO E PÓ INATIVADOR. EMBALAGEM: 5 LITROS (GALÃO)

Questiona-se:

“Para o lote 20 serão exigidas 30 tiras teste para cada galão de 5 litros?”

ICISMEP – Solução em serviços públicos.

↑ www.icismep.mg.gov.br
✉ icismep@icismep.mg.gov.br
CNPJ: 05.802.877/0001-10

📍 **Sede administrativa**
Rua Orquídeas, 489.
Bairro Flor de Minas
CEP: 32.920-000
São Joaquim de Bicas/MG

📍 **Hospital ICISMEP 272 Joias**
Rua Maurício Guimarães, 420
Bairro Madre Liliâne
CEP: 32.900-000
Igarapé/MG



**Resposta:**

Sim, será exigido 30 tiras testes para cada galão de 5 litros. Em pesquisa mercadológica, observou-se que a maioria dessas soluções possuem um prazo de validade pós-aberto máximo de 30 dias. Portanto, será necessário fornecer tiras suficientes para monitoramento diário da concentração.

São Joaquim de Bicas, 15 de fevereiro de 2023.

Samanta Beatriz Halfeld Resende

Farmacêutica - CRF-MG 46.216

Referência Técnica - ICISMEP

ICISMEP - Solução em serviços públicos.

📍 www.icismep.mg.gov.br
✉ icismep@icismep.mg.gov.br
CNPJ: 05.802.877/0001-10

📍 **Sede administrativa**
Rua Orquídeas, 489.
Bairro Flor de Minas
CEP: 32.920-000
São Joaquim de Bicas/MG

📍 **Hospital ICISMEP 272 Joias**
Rua Maurício Guimarães, 420
Bairro Madre Liliâne
CEP: 32.900-000
Igarapé/MG





**PL 22/2023 - PE 21/2023 - RESPOSTA ESCLARECIMENTO I**

1 mensagem

Ana Carolina <ana.carolina@icisnep.mg.gov.br>

16 de fevereiro de 2023 às 08:46

Para: Wellington Paraguai <concorrencia@indalabor.com.br>, licitacao.coordenacao@indalabor.com.br

Prezados, bom dia!

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado, o setor técnico e requisitante informou:

"Questiona-se: "Para o lote 01 serão exigidas 30 tiras teste para cada galão de 5 litros? "

Resposta: Sim, será exigido 30 tiras testes para cada galão de 5 litros. Em pesquisa mercadológica, observou-se que a maioria dessas soluções possuem um prazo de validade pós-aberto máximo de 30 dias. Portanto, será necessário fornecer tiras suficientes para monitoramento diário da concentração.

Questiona-se: "Para os lotes 17 e 18 o produto deve ser de nível intermediário? "

Resposta: Considerando que o produto ofertado atenda todas as especificações delimitadas e requeridas nos descritivos referidos, o nível não irá impactar na aprovação técnica do item.

Questiona-se: "Para o lote 20 serão exigidas 30 tiras teste para cada galão de 5 litros? "

Resposta: Sim, será exigido 30 tiras testes para cada galão de 5 litros. Em pesquisa mercadológica, observou-se que a maioria dessas soluções possuem um prazo de validade pós-aberto máximo de 30 dias. Portanto, será necessário fornecer tiras suficientes para monitoramento diário da concentração."

Atenciosamente,

**ICISMEP****Ana Carolina**

Licitação

Tel: (31) 9 8483-1905

(31) 2571-3026

www.icisnep.mg.gov.br

