



Licitação CISMEP <licitacao@cismep.com.br>

Resposta ao pedido de esclarecimento PL 129/2021 - PE 83/2021

1 mensagem

Licitação CISMEP <licitacao@cismep.mg.gov.br>

10 de novembro de 2021 08:35

Para: iago.xavier@pmh.com.br, licitacao.pmh@pmh.com.br, bruno.fonseca@pmh.com.br, ricardo.nobre@pmh.com.br

Prezados, bom dia!

Tendo recepcionado o pedido de esclarecimento acerca das bombas de infusão, informo a seguir a resposta do setor técnico requisitante:

"Conforme descrito no edital, os itens n.º07 e n.º11 deverão conter bomba de infusão em comodato a fim de garantirmos o funcionamento dos mesmos. Ante exposto, será aceito o equipamento tanto de primeiro uso, quanto usado, desde que seja compatível com os equipos e esteja em ótimas condições de uso, proporcionando manuseio seguro e possua os requisitos mínimos exigidos pelas normas vigentes, como por exemplo a NBR IEC 60601-1-24.

À disposição para mais informações.

Atenciosamente,



INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA

ICISMEP**Setor de Licitação**

Tel: (31) 3512-4414

(31) 3512-4420

www.icismep.mg.gov.br