

VENCEDORES DO PROCESSO

ICISMEP

ICISMEP

Registro de Preços Eletrônico - 74/2022

**Bunker Comercial Ltda | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 03.213.418/0001-75 - Endereço:
Rua Santa Albertina 487 - CEP: 13414316 - UF: SP - Município: Piracicaba - Telefone: (19) 2105-3100**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS E TERMOLÁBEIS- REFRIGERADOR MODELO CIENTÍFICO VERTICAL, CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO 04 PRATELEIRAS, COM REGULAGEM DE ALTURA; PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTE EMBAÇAMENTO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE; ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM;CAPACIDADE MÍNIMA 340 LITROS; FUNCIONAMENTO BIVOLT 127/220 VOLTS; FREQUÊNCIA 50/60 HZ; FAIXAS DE TEMPERATURAS ENTRE 2°C A 8° C; SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 36 HORAS; DISPOSITIVO DE ALERTA POR DISCADOR QUE REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 NÚMEROS TELEFÔNICOS, ILUMINAÇÃO INTERNA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO COM A PORTA FECHADA; BASE SAPATA NIVELADORAS E/OU RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA; GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LIVRE DE CFC; CHAVE GERAL TIPO DISJUNTOR PARA PROTEÇÃO DA CÂMARA; PAINEL DE COMANDO MONTADO NA PARTE SUPERIOR DA CÂMARA COM CHAVE GERAL. PAINEL ELETRÔNICO COM APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS ATINGIDAS; SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE REDE, RESTABELECENDO OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO CASO OCORRA UMA VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA; COM MEMORIZAÇÃO MESMO COM O DESLIGAMENTO DA CÂMARA; SISTEMA ELETRÔNICO DE TRAVAMENTO QUE EVITA ALTERAÇÕES INADVERTIDAS NA PROGRAMAÇÃO.	NI 1760/350	Novainstruments/Bunker	27,00 UND	R\$ 10.200,00	275.400,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 275.400,00	

Valor Total: R\$ 275.400,00

