

# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS CLÍNICOS

PL: 105/2024  
PREGÃO: 79/2024  
VIGÊNCIA: 24/01/2026



## REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS CLÍNICOS

### ITENS

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO 22 A 32CM, APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO COM PEDESTAL, APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO GRANDE, APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE NEONATAL, APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE PEDIÁTRICO, APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL 22 A 36CM, AUDIÔMETRO CLÍNICO, BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL, BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTOS 150KG, BALANÇA DIGITAL ANTRO-POMÉTRICA 200KG, BALANÇA PARA OBESOS 300KG, BALANÇA PEDIÁTRICA ANTRO-POMÉTRICA MECÂNICA, BALANÇA PORTÁTIL (PLATAFORMA DIGITAL) 150KG, BALANÇA PORTÁTIL (PLATAFORMA DIGITAL) 200KG, COLPOSCÓPIO BINOCULAR, DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, (DEA), DETECTOR FETAL DE BATIMENTOS CARDÍACOS, ESTETOSCÓPIO CLÍNICO DUPLO ADULTO, ESTETOSCÓPIO CLÍNICO DUPLO PEDIÁTRICO, FOCO/REFLETOR CLÍNICO COM PEDESTAL, LARINGOSCÓPIO DE LÂMINA CURVA, LARINGOSCÓPIO DE LÂMINA RETA, LENSÔMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO, MEDIDOR DE CUFF (CUFOMETRO/CUFLATOR), NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO, OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO (OBI), OFTALMOSCÓPIO DIRETO, OTOSCÓPIO COM FIBRA ÓPTICA, OXÍMETRO DE PULSO/DEDO, PROJETOR DE OPTOTIPOS, TERMÔMETRO ANALÓGICO, TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA.

### GARANTIA

O PRAZO DE GARANTIA DOS BENS, COMPLEMENTAR À GARANTIA LEGAL, É DE, NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, OU PELO PRAZO DEFINIDO PELO FABRICANTE, SE SUPERIOR, CONTADO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO. O FORNECEDOR REALIZARÁ A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES QUE APRESENTAREM VÍCIO OU DEFEITO NO PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO PELO LICITANTE OU PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

### ENTREGA

OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, CONFORME ENDEREÇO E HORÁRIO DEFINIDO PELOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

## 105/2024

PRESTADOR: ACUSTICA TECHNOAUDIO COMERCIO  
E SERVIÇOS LTDA

AUDIÔMETRO CLÍNICO

MODELO: PELLO MARCA: GRASON-STADLER GSI

## AUDIÔMETRO CLÍNICO PELLO/GRASON-STADLER/GSI



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 105/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AUDIÔMETRO CLÍNICO

MODELO: PELLO MARCA: GRASON-STADLER/GSI



CONSÓRCIO PÚBLICO  
**ICISMEP**  
SOLUÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** PELLO.
- **MARCA:** GRASON-STADLER/GSI.
- EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA REALIZAR TODA A BATERIA DE TESTES AUDIOLÓGICOS, COM ALTA FREQUÊNCIA E FONE DE INSERÇÃO.
- AUDIÔMETRO PARA DIAGNÓSTICO COMPLETO POR VIAS AÉREAS, ÓSSEAS E LOGOaudiométrica. POSSUIR 2 (DOIS) CANAIS INDEPENDENTES E IDÊNTICOS.
- PERMITIR A REALIZAÇÃO DE TESTES POR VIA AÉREA COM MÓDULO DE ALTA FREQUÊNCIA ATÉ 16 KHZ OU 20 KHZ, VIA ÓSSEA E CAMPO LIVRE. SAÍDA PARA CAMPO LIVRE.
- FAIXA DE FREQUÊNCIA VIA ÓSSEA DE 500 A 4 KHZ, COM FAIXA DE INTENSIDADE DE -10 A 120 DB.
- PERMITIR A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL.
- PERMITIR A REALIZAÇÃO DE LOGOaudiometria com ESTÍMULOS BINAURIS, GRAVADOS ATRAVÉS DE MICROFONE. ENTRADAS EXTERNAS MÍNIMAS: MICROFONE 1 E 2, TAPE E CD (DISCO LASER). SAÍDAS MÍNIMAS: FONES DIREITO E ESQUERDO PARA VIA AÉREA, VIA ÓSSEA ESQUERDA E DIREITA, CAMPO LIVRE 1 E 2, FONES DE ALTA FREQUÊNCIA E FONES DE INSERÇÃO. RUÍDOS PARA MASCARAMENTO DE 125 A 16KHZ: WHITE NOISE, NARROW BAND E SPEECH NOISE, COM INTENSIDADES DE -10 A 120 DB. INTERFACE PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR (CABO USB E SOFTWARE INCLUSO).
- POSSUIR TESTE ABLB E STENGER; COM DISPLAY COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO (5.7 POLEGADAS); FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA; ARMAZENAMENTO PARA 500 PACIENTES/ 50.000 SESSÕES; IMPRESSÃO DIRETA EXTERNA OU INTERNA AO EQUIPAMENTO (TIPO TÉRMICA);
- ACESSÓRIOS INCLUSOS: FONES TDH-39, FONES PARA ALTA FREQUÊNCIA, FONE DE INSERÇÃO, VIBRADOR ÓSSEO B17, PERA DE RESPOSTA, FONE MONITOR COM MICROFONE DO OPERADOR, MICROFONE DO PACIENTE E CABO DE FORÇA COM PADRÃO 2P + T.
- APRESENTAR CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA IEC 60645-1 DE 2012, IEC 60645-2 DE 1993, ANSI 3.6 DE 2010 E IEC 60601-1 DE 2007.
- APRESENTAR MANUAL DE INSTRUÇÕES COMPLETO NA LÍNGUA PORTUGUESA.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL

**VALOR UNITÁRIO: 39.500,00**



106/2024

PRESTADOR: ÁPICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS  
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO COM  
PEDESTAL

MODELO: H200      MARCA: PREMIUM/WENZHOU KANGJU  
MEDICAL



## APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO COM PEDESTAL



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 106/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO  
COM PEDESTAL

MODELO: H200 MARCA: PREMIUM/WENZHOU KANGJU  
MEDICAL



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** H200.
- **MARCA:** PREMIUM/WENZHOU KANGJU MEDICAL.
- COM PEDESTAL, ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE, HASTE EM ALUMÍNIO, RODÍZIOS ANTIRRUÍDO, ALTURA AJUSTÁVEL, VISOR PLANO GRANDE (MANÔMETRO 0-300MMHG) TAMANHO MÍNIMO 130MM PERMITINDO FÁCIL VISUALIZAÇÃO.
- TUBO EM ESPIRAL LONGO DE PVC COM NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA A BRAÇADEIRA, COMPARTIMENTO TRASEIRO PARA ARMAZENAMENTO DA BRAÇADEIRA, PERA E VÁLVULA, BRAÇADEIRA EM NYLON ANTIALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, FECHO EM VELCRO, MANGUITO E PERA EM PVC ANTI-ALÉRGICO E DE ALTA DURABILIDADE.
- VÁLVULA METÁLICA PRECISA E FÁCIL DE AJUSTAR, NÃO ESTÉRIL (REUTILIZÁVEL).
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL..

**VALOR UNITÁRIO: 397,13**

107/2024

PRESTADOR: B. D. R. COMÉRCIO DE  
EQUIPAMENTOS LTDA.

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTOS 150KG  
MODELO: P150C MARCA: LIDER BALANÇAS

## BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTOS 150KG P150C/LIDER BALANÇAS



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 106/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA ADULTOS 150KG

MODELO: P150C MARCA: LIDER BALANÇAS



#### **CARACTERÍSTICAS:**

- COM CAPACIDADE PARA 150 KG.
- COM DIVISÕES EM FRAÇÕES MÁXIMAS DE 100 G.
- COM AS SEGUINTE DESCRITÕES MÍNIMAS: POSSUIR MICROPROCESSADOR.
- POSSUIR ESCALA DE MEDIÇÃO DE ALTURA COM FAIXA MÍNIMA DE 0,9 A 2,00 M (ANTROPÔMETRO), COM DIVISÕES DE 0,5 CM.
- POSSUIR TARA SUBTRATIVA E PROTEÇÃO DE SOBRECARGA DE PESO; COM DISPLAY EM SEGMENTOS FACILITADOR DA LEITURA PELO USUÁRIO COM MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO LED INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DA CAPACIDADE UTILIZADA.
- PRATO EM AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA DE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E DIMENSÕES MÍNIMAS 400X400 MM; BASE COM TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA.
- TENSÃO DE TRABALHO 110/220 VOLTS BIVOLT AUTOMÁTICO; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 50/60HZ; ACABAMENTO ESMERADO; MEDIDAS MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA): 400X400X1000 MM.
- O MODELO DEVE SER APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA/ DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) COM SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 870,00**

107/2024

PRESTADOR: B. D. R. COMÉRCIO DE  
EQUIPAMENTOS LTDA.

BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 200KG  
MODELO: P200C MARCA: LIDER BALANÇAS

## BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 200KG P200C/LIDER BALANÇAS



IMAGEM ILUSTRATIVA



## 107/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 200KG  
MODELO: P200C MARCA: LIDER BALANÇAS



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** P200C.
- **MARCA:** LIDER BALANÇAS.
- CAPACIDADE MÁXIMA DE 200 KG, COM SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE NO MÁXIMO 50 G.
- COM AS SEGUINTE DESCRITÕES MÍNIMAS: POSSUIR MICROPROCESSADOR.
- POSSUIR ESCALA DE MEDIÇÃO DE ALTURA COM FAIXA MÍNIMA DE 0,9 A 2,00 M (ANTROPÔMETRO), COM DIVISÕES DE 0,5 CM.
- POSSUIR TARA SUBTRATIVA E PROTEÇÃO DE SOBRECARGA DE PESO; COM DISPLAY EM SEGMENTOS FACILITADOR DA LEITURA PELO USUÁRIO COM MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO LED INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DA CAPACIDADE UTILIZADA.
- PRATO EM AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA DE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E DIMENSÕES MÍNIMAS 400X400 MM.
- BASE COM TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA.
- TENSÃO DE TRABALHO 110/220 VOLTS BIVOLT AUTOMÁTICO; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 50/60HZ.
- ACABAMENTO ESMERADO; MEDIDAS MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA): 400X400X1000 MM.
- O MODELO DEVE SER APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA/ DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) COM SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 870,00**

107/2024

PRESTADOR: B. D. R. COMÉRCIO DE  
EQUIPAMENTOS LTDA.

BALANÇA PORTÁTIL (PLATAFORMA DIGITAL) 200KG  
MODELO: P200M MARCA: LIDER BALANÇAS

## BALANÇA PORTÁTIL (PLATAFORMA DIGITAL) 200KG P200M/LIDER BALANÇAS



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 107/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BALANÇA PORTÁTIL (PLATAFORMA DIGITAL) 200KG

MODELO: P200M MARCA: LIDER BALANÇAS



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** P200M.
- **MARCA:** LIDER BALANÇAS.
- FABRICAÇÃO EXCLUSIVA PARA PESAGEM DE PESSOAS.
- CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.
- MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS.
- CAPACIDADE DE PESAGEM DE 200 KG.
- GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G.
- PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO.
- PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES DA BALANÇA DE NO MÍNIMO 25CM X 35CM, REVESTIDA COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE ETC.) E RESISTENTE AO USO FREQUENTE.
- PÉS REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA, SILICONE ETC.). FUNÇÃO DA TECLA TARA (ZERO).
- EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE.
- EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS O MODELO DEVE SER APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA/ DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) COM SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 870,00**

108/2024

PRESTADOR: KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

OXIMETRO DE PULSO/DEDO

MODELO: CMS50D MARCA: FINGERTIP

## OXIMETRO DE PULSO/DEDO CMS50D/FINGERTIP



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 108/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OXIMETRO DE PULSO/DEDO

MODELO: CMS50D MARCA: FINGERTIP



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** CMS50D.
- **MARCA:** FINGERTIP.
- MEDE BATIMENTOS E OXIGENAÇÃO.
- MEDIÇÕES PRECISAS, LEVE, COMPACTO, PORTÁTIL, DE FÁCIL MANUSEIO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.
- FUNCIONA COM 2 PILHAS AAA (PALITO).
- SEGMENTO DISPLAY LCD; AUTO DESLIGAMENTO.
- INDICADOR DE BATERIA FRACA; FAIXA DE LEITURA DE SPO2: DE 0 A 100%; FAIXA DE LEITURA DE PULSAÇÃO : DE 20 A 250 BPM.
- PRECISÃO DE SPO2 (70% A 99%) : +/- 2%; PRECISÃO DA PULSAÇÃO : +/- 2 BPM OU +/- 2% (O QUE FOR MAIOR).
- INDICADORES DE PROCURA DE PULSO, BATERIA BAIXA, ALARME TÉCNICO E FISIOLÓGICO.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 53,00**



108/2024

PRESTADOR: KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL

MODELO: THGT1027 MARCA: G-TECH

## TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL THGT1027/G-TECH



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 108/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL

MODELO: THGT1027 MARCA: G-TECH



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** THGT1027.
- **MARCA:** G-TECH.
- CABO EXTENSOR COLUNA DE ÁLCOOL, ESCALA DE -25°C A +30°C, CABO EXTENSOR DE AÇO COM 70 CM DE COMPRIMENTO E SENSOR NA EXTREMIDADE.
- MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 56,00**

109/2024

PRESTADOR: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE PEDIÁTRICO  
MODELO: BR-20D MARCA: PREMIUM

## APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE PEDIÁTRICO BR-20D/PREMIUM



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 109/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE PEDIÁTRICO  
MODELO: BR-20D MARCA: PREMIUM



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** BR-20D.
- **MARCA:** PREMIUM.
- ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE, BRAÇADEIRA EM NYLON ANTIALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL.
- FECHO EM VELCRO TAMANHO PEDIÁTRICO PARA CIRCUNFERÊNCIAS DE 10 À 18 CENTÍMETROS.
- MANGUITO E PERA EM PVC ANTIALÉRGICO E DE ALTA DURABILIDADE.
- VÁLVULA METÁLICA PRECISA E FÁCIL DE AJUSTAR.
- MANÔMETRO COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0-300MMHG, NÃO ESTÉRIL (REUTILIZAVEL).
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 60,00**

109/2024

PRESTADOR: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)

MODELO: LIFE 400 FUTURA MARCA: CMOS DRAKE

## DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) LIFE 400 FUTURA/CMOS DRAKE



IMAGEM ILUSTRATIVA



## 109/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)

MODELO: LIFE 4000 FUTURA MARCA: CMOS DRAKE



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** BR-20D.
- **MARCA:** PREMIUM.
- EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, LEVE.
- PARA USO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS. PROTOCOLO DE RCP EM CONFORMIDADE COM A GUIDELINE 2015.
- POSSIBILIDADES DE ATUALIZAÇÃO FUTURA DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO.
- PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS TAIS COMO ARRITMIAS MALIGNAS, TV E FV, QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA E IMEDIATO.
- INSTRUIR O SOCORRISTA ATRAVÉS DE COMANDOS DE TEXTO E VOZ. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE, AUMENTANDO A EFICÁCIA. NA DESFIBRILAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DANOS CAUSADOS AO PACIENTE.
- DEVERÁ EXIBIR NO DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO O TRAÇADO DO ELETROCARDIOGRAMA (ECG), O STATUS DA BATERIA, A FREQUÊNCIA CARDÍACA, O TEMPO DE RCP E O CONTADOR DE CHOQUES.
- DEVERÁ TER BIP AUDÍVEL PARA INSTRUIR O SOCORRISTA NA FREQUÊNCIA DAS COMPRESSÕES TORÁCICAS. ALARMES SONOROS E VISUAIS DE BATERIA FRACA. REALIZA AUTO TESTE AO SER LIGADO PERIODICAMENTE.
- DEVE SER EQUIPADO COM BATERIA COM VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 4 ANOS, E AUTONOMIA MÍNIMA PARA ATÉ 100 CICLOS DE DISPAROS EM CARGA MÁXIMA.
- MODO DE DESFIBRILAÇÃO COM CARGA LIMITADA EM ATÉ 100 JOULES PARA USO PEDIÁTRICO E MÍNIMA DE 150 JOULES PARA USO ADULTO. GRAU DE PROTEÇÃO IP 55 OU SUPERIOR, CONTRA ENTRADA DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS.
- O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CAPAZ DE GRAVAR DADOS DO PACIENTE, COMPATÍVEL COM AMBIENTE WINDOWS PARA REGISTRO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS.
- A TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PODERÁ SER REALIZADA POR CONEXÃO USB OU INFRAVERMELHO, OU BLUETOOTH.
- O PESO DO EQUIPAMENTO COM BATERIA DEVERÁ SER DE APROXIMADAMENTE 3,0 KG. DEVERÁ ACOMPANHAR UMA BOLSA PARA ALOJAR O DESFIBRILADOR, COM MATERIAL DE LONGA DURAÇÃO E RESISTENTE A ABRASÃO, CORTES E RASGÕES. COM COMPARTIMENTO PARA ACESSÓRIOS E COMPARTIMENTO PARA ALOJAR OS MATERIAIS UTILIZADOS EM BLS.
- SUPORTE PARA ALÇA DE OMBRO REGULÁVEL E METRÔNOMO INTERNO PARA AUXILIAR A MARCAÇÃO DO RITMO DA MASSAGEM CARDÍACA.
- ACESSÓRIOS: 05 PARES DE ELETRODOS ADESIVOS ADULTO/PEDIÁTRICO. 01 BOLSA PROFISSIONAL PARA TRANSPORTE. 01 MANUAL DO USUÁRIO.
- O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.

**VALOR UNITÁRIO: 6.200,00**

109/2024

PRESTADOR: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES

OFTALMOSCÓPIO DIRETO

MODELO: OMNI 3000 MARCA: MEDICAL DEVICES

## OFTALMOSCÓPIO DIRETO OMNI 3000/MEDICAL DEVICES



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 109/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OFTALMOSCÓPIO DIRETO

MODELO: OMNI 3000 MARCA: MEDICAL DEVICES



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** OMNI 3000.
- **MARCA:** MEDICAL DEVICES.
- EQUIPAMENTO PARA EXAME DE FUNDO DE OLHO, RETINA E MÁCULA, VASOS SANGUÍNEOS, PERIFERIA DE RETINA E DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS COMO DIABETES E OUTRAS RETINOPATIAS.
- NÚMERO DE LENTES: 19 LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS COM MARCADOR ILUMINADO.
- SELEÇÃO DE 5 ABERTURAS, COM FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO; LÂMPADA: LED COM VIDA ÚTIL DO LED: 50.000 HORAS; TEMPERATURA APROXIMADA DE COR DO LED: 5.500K.
- MATERIAL DA CABEÇA: ABS RESISTENTE À IMPACTOS.
- MATERIAL DO CABO: METAL ACABAMENTO DO CABO: TERMOPLÁSTICO; TENSÃO APROXIMADA: 2.5V; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA; COM BOTÃO LIGA/DESLIGA.
- POSSUIR CLIP DE BOLSO. SISTEMA ÓPTICO VEDADO.
- DEVERÁ POSSUIR ÓTICA ESFÉRICA DE PRECISÃO COM APOIO ORBITAL MACIO.
- DISCO COM ABERTURA PEQUENA, ABERTURA GRANDE, FIXAÇÃO, SEMICÍRCULO E FILTRO PARA ELIMINAÇÃO DE VERMELHO. ACOMPANHA: ESTOJO PARA TRANSPORTE.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 680,00**

110/2024

PRESTADOR: MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE  
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

LENSÔMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO

MODELO: NV3000 MARCA: 4 NEW VISION

## LENSÔMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO NV3000/4 NEW VISION



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 110/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LENSÔMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO

MODELO: NV3000 MARCA: 4 NEW VISION



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** NV3000.
- **MARCA:** 4 NEW VISION.
- CAPAZ DE REALIZAR MEDIDAS EM TODOS OS TIPOS DE MEIO COMO: LENTES ESFÉRICAS, CILÍNDRICAS, DE CONTATO DURA E MACIA E DE ÓCULOS DE SOL, LENTES SIMPLES, BIFOCAIS, MULTIFOCAIS, LENTES COM DIÂMETROS APROXIMADOS DE 16 A 80 MM.
- DEVE APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA ESFÉRICA APROXIMADA: 0 A +/- 25D (COM GRADAÇÕES APROXIMADAS DE 0,01/0,12D/0,25D); POTÊNCIA CILÍNDRICA APROXIMADA: 0 A +/- 10D (COM GRADAÇÕES APROXIMADAS DE 0,01/0,12D/0,25D); EIXO CILÍNDRICO: 0° A 180° (COM GRADAÇÕES APROXIMADAS DE 1°); ADIÇÃO APROXIMADA: 0 A +10D (COM GRADAÇÕES APROXIMADAS DE 0,01/0,12D/0,25D).
- POTÊNCIA PRISMÁTICA APROXIMADAS: 0 A 10 (COM GRADAÇÕES APROXIMADAS DE 0,01/0,12/0,25); DISTÂNCIA INTERPUPILAR APROXIMADA: 42 ~ 82 MM; IMPRESSORA TÉRMICA INCORPORADA.
- FONTE LUMINOSA: LED, COMPRIMENTO DE ONDA APROXIMADO NA FAIXA DE 525NM, FONTE LUMINOSA MEDIÇÃO UV APROXIMADA DE 365NM.
- MODO DO CILINDRO: MIX +/-; MODO DE PRISMA: X-Y (COORDENADAS ORTOGONAIS), P-B (COORDENADAS POLARES); DETECÇÃO DE LENTES: SIMPLES/PROGRESSIVA/AUTOMÁTICA.
- VISOR/MONITOR: LCD OU LED COLORIDO DE APROXIMADAMENTE 6" (SEIS POLEGADAS), CAPACIDADE DE INCLINAÇÃO APROXIMADA DE 0° A 50; DADOS DO DISPLAY: S, C, A, P, ADD E R/L; INTERFACE EXTERNA: MÍNIMO DE 01 ENTRADA RS232 E 01 ENTRADA USB; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 127 – 220 VOLTS 60 HZ, BIVOLT AUTOMÁTICO.
- ACESSÓRIOS: MESA ELÉTRICA E TODOS OS CABOS, PARTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO INSTANTÂNEO DO EQUIPAMENTO.
- MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUAL DE SERVIÇO EM PORTUGUÊS.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 7.016,75**



110/2024

PRESTADOR: MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE  
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO (OBI)

MODELO: AAIO WIRELLES MARCA: APPASAMY ASSOCIATES

## OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO (OBI) AAIO WIRELLES/ APPASAMY ASSOCIATES



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 110/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO (OBI)

MODELO: AAIO WIRELLES MARCA: APPASAMY ASSOCIATES



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** AAIO WIRELLES.
- **MARCA:** APPASAMY ASSOCIATES.
- EQUIPAMENTO PORTÁTIL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL LEVE E RESISTENTE, COM SISTEMA AJUSTÁVEL E DE FÁCIL FIXAÇÃO À CABEÇA DO OPERADOR.
- DEVE POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL, FILTROS DE SEGURANÇA INTEGRADO CONTRA OS RAIOS NOCIVOS DE UV E IR, DISTÂNCIA PUPILAR AJUSTÁVEL: APROXIMADAMENTE 48 A 74 MM, SELEÇÃO DE ABERTURA: GRANDE, MÉDIO E PEQUENO.
- DIÂMETRO MÍNIMO DA PUPILA: 2 MM.
- AJUSTE DO ESPELHO, FILTROS VERDE E AZUL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL. ACESSÓRIOS: 01 (UM) CARREGADOR DE BATERIA APLICÁVEL AO EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127V – 60 HZ. 01 (UMA) MALETA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO.
- DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 6.087,00**

110/2024

PRESTADOR: MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE  
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

PROJETOR DE OPTOTIPOS

MODELO: VISIO PRO MARCA: MAGNA MEDICA

## PROJETOR DE OPTOTIPOS VISIO PRO/MAGNA MEDICA



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 110/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETOR DE OPTOTIPOS

MODELO: VISIO PRO MARCA: MAGNA MEDICA



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** VISIO PRO.
- **MARCA:** MAGNA MEDICA.
- EQUIPAMENTO DIGITAL UTILIZADO PARA A MEDIÇÃO DA ACUIDADE VISUAL.
- DEVENDO SER DOTADO DE PROJEÇÃO SILENCIOSA.
- DEVERÁ APRESENTAR, DE MANEIRA RANDÔMICA, TODOS OS PRINCIPAIS PADRÕES DE OPTOTIPOS EM ESCALA SNELLEN E LOGMAR: LETRAS, NÚMEROS, FIGURAS INFANTIS, SNELLEN, LANDOLT, ETC.
- TOTALIZANDO O MÍNIMO DE 30 GRÁFICOS.
- DEVERÁ SER DOTADO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO, SISTEMA MICROPROCESSADO, ILUMINAÇÃO A LED, COM FILTROS VERMELHO-VERDE (R&G), SLIDE PARA ASTIGMATISMO, PONTO DE FIXAÇÃO.
- POSSUIR DISTÂNCIA DO PROJETOR DE 1,5 A 6,1M, ENTRADA EM MODO STANDBY APÓS NO MÁXIMO 10 MINUTOS DE INATIVIDADE, COM POTÊNCIA E TENSÃO DO LED DE PROJEÇÃO DE 50W / 12V.
- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO/MANUAL E 60HZ DE FREQUÊNCIA DE ENTRADA.
- DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, BEM COMO A CERTIFICAÇÃO NO INMETRO QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 3.810,00**

111/2024

PRESTADOR: MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS –  
HOSPITALARES LTDA

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO 22 À 32 CM  
MODELO: BR-20D MARCA: PREMIUM

## APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO 22 À 32 CM BR-20D/ PREMIUM



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 111/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO 22  
À 32 CM

MODELO: BR-20D MARCA: PREMIUM



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** BR-20D.
- **MARCA:** PREMIUM.
- ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE, BRAÇADEIRA EM NYLON ANTIALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL.
- FECHO EM VELCRO TAMANHO ADULTO PADRÃO PARA CIRCUNFERÊNCIAS DE 22 À 32 CENTÍMETROS.
- MANGUITO E PERA EM PVC ANTIALÉRGICO E DE ALTA DURABILIDADE, VÁLVULA METÁLICA PRECISA E FÁCIL DE AJUSTAR, MANÔMETRO COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0- 300 MMHG, NÃO ESTÉRIL, (REUTILIZÁVEL).
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 55,54**

111/2024

PRESTADOR: MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS –  
HOSPITALARES LTDA

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO GRANDE  
MODELO: BR-20D OBESO MARCA: PREMIUM

## APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO GRANDE BR-20D OBESO/ PREMIUM



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 111/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE ADULTO GRANDE

MODELO: BR-20D OBESO MARCA: PREMIUM



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** BR-20D OBESO.
- **MARCA:** PREMIUM.
- ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE, BRAÇADEIRA EM NYLON ANTIALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL.
- FECHO EM VELCRO TAMANHO ADULTO GRANDE PADRÃO PARA CIRCUNFERÊNCIAS DE 35 À 51 CENTÍMETROS.
- MANGUITO E PERA EM PVC ANTIALÉRGICO E DE ALTA DURABILIDADE, VÁLVULA METÁLICA PRECISA E FÁCIL DE AJUSTAR.
- MANÔMETRO COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0- 300MMHG, NÃO ESTÉRIL (REUTILIZAVEL).
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 80,52**



111/2024

PRESTADOR: MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS –  
HOSPITALARES LTDA

ESTETOSCÓPIO CLÍNICO DUPLO ADULTO  
MODELO: ES1501 MARCA: BIC

**ESTETOSCÓPIO CLÍNICO DUPLO ADULTO  
ES1501/BIC**



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 111/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTETOSCÓPIO CLÍNICO DUPLO ADULTO

MODELO: ES1501      MARCA: BIC



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** ES1501.
- **MARCA:** BIC.
- CONSTITUÍDO DE RECEPTOR DUPLO (DIAFRAGMA E CAMPÂNULA) PARA SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA.
- HEADSET DISPOSITIVO DE FECHAMENTO DO RECEPTOR.
- TUBO TRANSMISSOR EM PVC DE PEÇA ÚNICA RESISTENTE PARA MAIOR EFICIÊNCIA NA CONDUÇÃO DO SOM.
- HASTES EM AÇO INOX RESISTENTE E FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO "Y".
- OLIVAS EM SILICONE MACIAS E CONFORTÁVEIS QUE SE ADAPTAM AO CANAL AUDITIVO, PROMOVENDO SELAMENTO ACÚSTICO.
- EQUIPAMENTO INDICADO PARA A AUSCULTA DE RUÍDOS CORPORAIS NO EXAME CLÍNICO.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 125,26**

111/2024

PRESTADOR: MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS –  
HOSPITALARES LTDA

ESTETOSCÓPIO CLÍNICO DUPLO PEDIÁTRICO  
MODELO: ES1500 MARCA: BIC

**ESTETOSCÓPIO CLÍNICO DUPLO PEDIÁTRICO  
ES1500/BIC**



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 111/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTETOSCÓPIO CLÍNICO DUPLO PEDIÁTRICO

MODELO: ES1500      MARCA: BIC



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** ES1500.
- **MARCA:** BIC.
- CONSTITUÍDO DE RECEPTOR DUPLO (DIAFRAGMA E CAMPÂNULA) PARA SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA.
- HEADSET DISPOSITIVO DE FECHAMENTO DO RECEPTOR.
- TUBO TRANSMISSOR EM PVC DE PEÇA ÚNICA RESISTENTE PARA MAIOR EFICIÊNCIA NA CONDUÇÃO DO SOM.
- HASTES EM AÇO INOX RESISTENTE E FLEXÍVEL NA CURVATURA DO TUBO "Y".
- OLIVAS EM SILICONE MACIAS E CONFORTÁVEIS QUE SE ADAPTAM AO CANAL AUDITIVO, PROMOVENDO SELAMENTO ACÚSTICO.
- EQUIPAMENTO INDICADO PARA A AUSCULTA DE RUÍDOS CORPORAIS AO EXAME CLÍNICO.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 126,15**

111/2024

PRESTADOR: MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS –  
HOSPITALARES LTDA

LARINGOSCÓPIO DE LÂMINA CURVA  
MODELO: F.O CURVA MARCA: MISSOURI

## LARINGOSCÓPIO DE LÂMINA CURVA F.O CURVA/MISSOURI



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 111/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARINGOSCÓPIO DE LÂMINA CURVA

MODELO: F.O CURVA      MARCA: MISSOURI



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** F.O CURVA.
- **MARCA:** MISSOURI.
- LARINGOSCÓPIO, ADULTO E PEDIÁTRICO C/ FIBRA ÓPTICA EMBUTIDA SELADA CURVA.
- CONSTITUÍDA EM AÇO INOX ACAB.
- ANTIREFLEXO, CABO EM AÇO INOXIDÁVEL/LATÃO CROMADO ADULTO/INFANTIL, COMPATÍVEL COM A NORMA ISO 7376, COM ENCAIXE PARA LAMINAS PARA LAMINAS NO PADRÃO INTERNACIONAL, TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA, COM CURVAS Nº 0 85 MM, 1 92 MM, 2 110 MM 3 130 MM 4 155 MM, 5 175 MM DE COMPRIMENTO AUTOCLAVÁVEL, COM LÂMPADA DE LED, COM PINO SEM PONTOS DE SOLDA, ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO (ESTOJO).
- INCLUI: GARANTIA 01 ANO, IDENTIFICAÇÃO P/ RASTREABILIDADE, MANUAL OPERACIONAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 1.147,79**

111/2024

PRESTADOR: MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS –  
HOSPITALARES LTDA

MEDIDOR DE CUFF (CUFOMETRO/CUFFLATOR)  
MODELO: 100.568.000 MARCA: PORTEX

**MEDIDOR DE CUFF (CUFOMETRO/CUFFLATOR)  
100.568.00/PORTEX**



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 111/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDOR DE CUFF (CUFOMETRO/CUFFLATOR)

MODELO: 100.568.000      MARCA: PORTEX



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** 100.568.000.
- **MARCA:** PORTEX.
- MANÔMETRO ANALÓGICO E INFLADOR PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO DO CUFF / BALONETE DA PRÓTESE ENDOTRAQUEAL, COM VARIAÇÃO DE ESCALA DE 0 A 120 CM H2O.
- MONITOR DE PRESSÃO INTEGRADO COM INDICAÇÃO EM CÓDIGO DE CORES PARA FAIXA IDEAL DE PRESSÃO DE CUFF.
- BOMBA DE CALIBRAÇÃO COM BOTÃO DE ALÍVIO DE PRESSÃO.
- POSSUIR MOSTRADOR VEDADO POR TAMPA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE.
- PÊRA EM FORMATO ANATÔMICO, EM MATERIAL LÁTEX FLEXÍVEL ATÓXICO, COM OBJETIVO DE INSUFLAR O CUFF (BALÃO) DA SONDA.
- MONITOR DE PRESSÃO INTEGRADO. POSSUIR ESCALA EM CODIFICAÇÃO POR CORES PARA INDICAR AS FAIXAS DA PRESSÃO DE CUFF.
- ACOMPANHAR: BOLSA PARA TRANSPORTE, TUBO DE CONEXÃO, PÊRA, E TODAS AS MANGUEIRAS OU ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS AO USO DO EQUIPAMENTO.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 2.236,66**



111/2024

PRESTADOR: MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS –  
HOSPITALARES LTDA

OTOSCÓPIO COM FIBRA ÓPTICA  
MODELO: VISIO 2000 MARCA: MD

## OTOSCÓPIO COM FIBRA ÓPTICA VISIO 2000/MD



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 111/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OTOSCÓPIO COM FIBRA ÓPTICA

MODELO: VISIO 2000 MARCA: MD



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** VISIO 2000.
- **MARCA:** MD.
- COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO, PARA PILHAS MÉDIAS COMUNS, CABEÇOTE PARA ESPÉCULOS COM LÂMPADA E REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE.
- ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE ARTICULADO AO CABEÇOTE.
- CLIPE PARA TRANSPORTE DE BOLSO; CONEXÃO PÊRA DE INSUFLAÇÃO PERMITINDO AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA.
- LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE NO MÍNIMO TRÊS VEZES PARA IMAGENS NÍTIDAS E SEM DISTORÇÃO; OTOSCÓPIO COM TRANSMISSÃO POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO.
- ACIONAMENTO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO.
- NÃO DEVE CONTER LÁTEX; LÂMPADA LED 2,5 V DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO E LONGA DURAÇÃO COMO SUBSTITUIÇÃO, PASSÍVEL O DIMENSIONAMENTO DE LÂMPADA XÊNON HALÓGENA XHL DE MESMA TENSÃO DE OPERAÇÃO.
- ACOMPANHAMENTO: 5 ESPÉCULOS ANTIRREFLEXO COM ENCAIXE DE METAL CROMADO, REUTILIZÁVEIS E EM DIFERENTES CALIBRES; LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE; ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS NAS SEGUINTE QUANTIDADES E MEDIDAS APROXIMADAS: 5 ESPÉCULOS DE 2 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, 5 ESPÉCULOS DE 3 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, 3 ESPÉCULOS DE 4 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, 3 ESPÉCULOS DE 5 MM DE DIÂMETRO EXTERNO.
- BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 499,99**

112/2024

PRESTADOR: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

COLPOSCÓPIO BINOCULAR

MODELO: PE7000FR MARCA: MEDPEJ

**COLPOSCÓPIO BINOCULAR  
PE7000FR/MEDPEJ**



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 112/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COLPOSCÓPIO BINOCULAR

MODELO: PE7000FR MARCA: MEDPEJ



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** PE7000FR.
- **MARCA:** MEDPEJ.
- COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CABEÇA ÓPTICA ESTEREOSCÓPICA COM REGULAGEM DE ALTURA E DISTÂNCIA.
- IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DE PRISMAS E LENTES DE CRISTAL.
- BINÓCULO RETO E ANGULADO.
- FOCALIZAÇÃO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DA MACRO REGULAGEM REALIZADA COM A MOVIMENTAÇÃO DA ESTATIVA E DA MICRO REGULAGEM DE DISTÂNCIA REALIZADA POR AJUSTE MANUAL.
- MACRO REGULAGEM DE ALTURA ENTRE A MÍNIMA DE 85 ATÉ A MÁXIMA DE 130CM E A MICRO REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE ALAVANCA LATERAL. OBJETIVA DE ALTA RESOLUÇÃO COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300MM.
- DIÂMETRO DO CAMPO DE VISÃO: 22MM E CAMPO ILUMINADO DE 40MM. OCULARES: GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA, OUTRA MÓVEL E REGULÁVEL ATRAVÉS DO AJUSTE DE DIOPTRIAS, UTILIZADA PARA QUE SEJAM COINCIDENTES À LINHA DE VISÃO COM PRECISÃO DA DIP (DISTÂNCIA INTERPUPILAR) REGULÁVEL.
- AUMENTO FIXO DE 16 VEZES. FILTRO MÓVEL DE LUZ VERDE.
- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM CHAVE SELETORA PARA ESCOLHA ENTRE 110 OU 220V, 50/60 HZ. ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA HALÓGENA 6V, 20W OU LED. REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU "DIMMER". PINTURA EPÓXI A 250°C PERMITINDO ALTA RESISTÊNCIA E EVITANDO CORROSÃO. ESTATIVA DE PEDESTAL COM 03 RODÍZIOS.
- PINTURA EPÓXI A 250°C PERMITINDO ALTA RESISTÊNCIA E EVITANDO CORROSÃO. DISTANCIA INTERPUPILAR REGULÁVEL. COM PRISMAS E LENTES DE CRISTAL. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 3.100,00**

113/2024

PRESTADOR: METALIC MEDICAL PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA

NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO

MODELO: MT483      MARCA: METALIC MEDICAL

**NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO  
MT483/METALIC MEDICAL**



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 113/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO

MODELO: MT483      MARCA: METALIC MEDICAL



#### **CARACTERÍSTICAS:**

- **MODELO:** MT483.
- **MARCA:** METALIC MEDICAL.
- PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU USO SOBRE MÓVEIS, LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA COM POTÊNCIA TOTAL DE 30W, VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E OPACO BRANCO LEITOSO, COM FIXADOR DE RADIOGRAFIA POR CANALETAS DE AÇO, MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO APÓS TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO SOB IMERSÃO, SECAGEM EM ESTUFA.
- DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: 75 CM DE COMPRIMENTO X 50 CM DE LARGURA X 10 CM DE ESPESSURA; BIVOLT AUTOMÁTICO.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 309,00**

114/2024

PRESTADOR: M.H.M DO COUTO - COMERCIAL ME

BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA

MODELO: 109 MARCA: BALMAK

## BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA 109/BALMAK



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 114/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA  
MODELO: 109 MARCA: BALMAK



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** 109.
- **MARCA:** BALMAK.
- CAPACIDADE DE 15 KG COM PESAGEM MÍNIMA 0,2 QUILOGRAMAS, E DIVISÕES DE 5 A 10 G; BANDEJA COM FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE INOX, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS OU POLIPROPILENO DE DIMENSÕES MÍNIMAS DE 540 X 300 MM; COM CAPA DE PROTEÇÃO ACOLCHOADA.
- PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA ANTIDERRAPANTE.
- RÉGUA EM LATÃO CROMADO E CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL.
- O MODELO DEVE SER APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA/ DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) COM SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL

**VALOR UNITÁRIO: 749,00**



115/2024

PRESTADOR: OMEGA SOLUÇÕES MEDICAS LTDA

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE NEONATAL

MODELO: BR-20D MARCA: PREMIUM

## APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE NEONATAL BR-20D/PREMIUM



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 115/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE NEONATAL  
MODELO: BR-20D      MARCA: PREMIUM



#### **CARACTERÍSTICAS:**

- **MODELO:** BR-20D.
- **MARCA:** PREMIUM.
- ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE, BRAÇADEIRA EM NYLON ANTIALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL.
- FECHO EM VELCRO TAMANHO NEONATAL, DIMENSÕES CIRCUNFERÊNCIAS DE 60MM À 150MM.
- MANGUITO E PERA EM PVC ANTIALÉRGICO E DE ALTA DURABILIDADE, VÁLVULA METÁLICA PRECISA E FÁCIL DE AJUSTAR, MANÔMETRO COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0-300 MMHG, NÃO ESTÉRIL (REUTILIZÁVEL).
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 68,20**

116/2024

PRESTADOR: WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL

MODELO: 109E BABY P15 MARCA: WELMY

**BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL  
109E BABY P15/WELMY**



IMAGEM ILUSTRATIVA

## 116/2024

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL  
MODELO: 109E BABY 915      MARCA: WELMY



#### CARACTERÍSTICAS:

- **MODELO:** 109E BABY 915.
- **MARCA:** WELMY.
- COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 15 KG E CONCHA MÍNIMA DE 540 X 290 MM.
- BALANÇA ELETRÔNICA PROJETADA PARA PESAGENS RÁPIDAS, SIMPLES E CONFIÁVEIS. CAPACIDADE MÁXIMA DE 15KG.
- COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 10G.
- MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES COM, NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS.
- BANDEJA COM FORMATO DE CONCHA ANATÔMICA E FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE, DE METAL, ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS OU POLIPROPILENO.
- PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA SINTÉTICA OU SILICONE).
- TENSÃO DE OPERAÇÃO 110/220 VOLTS BIVOLT AUTOMÁTICO.
- FUNÇÃO DE TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. DIMENSÕES MÍNIMAS DA CONCHA: 540 MM X 290 MM.
- O MODELO DEVE SER APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA/ DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) COM SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000.
- DEVE POSSUIR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SELO COM REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. QUANDO APLICÁVEL.

**VALOR UNITÁRIO: 560,00**